

## WARUNKI GWARANCYJNE

# Inhalator wodorowy H-2000

### Czas gwarancji - 3 lat

Gwarancję na produkty zapewnia Hue Light. Ochrona obejmuje kompleksowy okres obsługi pogwarancyjnej dla każdego produktu. Stosując te ustandaryzowane metody ustalania daty zakupu, firma Hue Light dąży do zapewnienia swoim klientom sprawiedliwego i niezawodnego okresu gwarancji. Okres serwisowy liczony jest od daty faktury zakupu, zapewniając klientom możliwość korzystania ze świadczonych usług w określonym okresie gwarancyjnym.

Należy pamiętać, że niniejsza gwarancja podlega szczegółowym warunkom określonym w umowie gwarancyjnej. Wszelkie dodatkowe wyłączenia lub ograniczenia związane z zakresem gwarancji zostaną wyraźnie podane w odpowiednich informacjach o produkcie. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu na fakturze.

Okres poserwisowy liczony jest na podstawie daty zakupu na fakturze, która jest standaryzowana przy użyciu następujących metod:

Numer seryjny na urządzeniu: Datę zakupu ustala się na podstawie numeru seryjnego umieszczonego na urządzeniu. Pozwala to na dokładną identyfikację i śledzenie harmonogramu produkcji i zakupu produktu.

Faktura sprzedaży: Datę zakupu ustala się na podstawie daty określonej na fakturze sprzedaży urządzenia Hue Light.

Gwarancja na URZĄDZENIE DO INHALACJI WODORU MOLEKULARNEGO (MHID) dostarczane przez firmę Hue Light podlega pewnym wyjątkom i ograniczeniom. Należy pamiętać, że te wyłączenia dotyczą wyłącznie urządzenia do inhalacji wodoru molekularnego. Wyłączenia te wprowadzono, aby zapewnić, że gwarancja pozostanie ważna w przypadku rzeczywistych wad materiałowych lub wykonawczych, oraz aby zniechęcić do niewłaściwego obchodzenia się lub niewłaściwego użytkowania Urządzenia do inhalacji wodoru molekularnego. Następujące

okoliczności i warunki są wyłączone z zakresu gwarancji:

Stosowanie niesterylnej wody destylowanej: Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani usterek powstałych na skutek niestosowania w urządzeniu sterylnej wody destylowanej. Należy koniecznie postępować zgodnie z dostarczonymi instrukcjami i wytycznymi, upewniając się, że do utrzymania prawidłowego działania urządzenia do inhalacji wodoru molekularnego używana jest wyłącznie sterylna woda destylowana.

Nieprawidłowa instalacja zasilania: Problemy powstałe po podłączeniu urządzenia do źródła zasilania niespełniającego wskazanego standardu nie są objęte gwarancją. Należy koniecznie upewnić się, że MHID jest podłączony do kompatybilnego gniazdka 220 V z kondycjonerem UPS zgodnym z lokalnymi przepisami budowlanymi i elektrycznymi.

Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową obsługą: Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej obsługi, takie jak upuszczenie urządzenia po jego przeniesieniu, nie są objęte gwarancją. Klient ma obowiązek ostrożnie obchodzić się z urządzeniem do inhalacji wodoru molekularnego i podejmować niezbędne środki ostrożności, aby zapobiec wypadkom lub upadkom.

Zagrożenie pożarowe: Wszelkie problemy powstałe w wyniku umieszczenia przedmiotów łatwopalnych lub otwartego płomienia w pobliżu urządzenia, powodujące uszkodzenie, nie są objęte gwarancją. Ważne jest, aby obszar wokół urządzenia był wolny od wszelkich potencjalnych zagrożeń pożarowych.

Nieautoryzowany demontaż i montaż: Wszelkie uszkodzenia powstałe po rozebraniu i złożeniu urządzenia przez osobę nieuprawnioną nie są objęte gwarancją. Klienci powinni powstrzymać się od prób demontażu lub modyfikacji Urządzenia do inhalacji wodoru molekularnego bez odpowiedniego upoważnienia producenta.